



MOHP17012275\_O

التاريخ: 2017 - 10 - 25

السادة الأفاضل/ مدراء المناطق الطبية  
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية و الخاصة  
المحترمين  
المحترمين  
تحية طيبة وبعد،

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية  
All Carestation 620, 650, and 650c Anesthesia systems  
من إنتاج شركة (GE Healthcare.) الأمريكية

نشكر تعاونكم وتواصلكم المثمر معنا في سبيل مصلحة المرضى، ونود إعلامكم بأن شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية قد أصدرت تحذيراً حول استخدام الوسائل الطبية المذكورة أعلاه، والتي تستخدم كأجهزة للتخدير، وذلك بسبب وجود سداد غير محكم الإغلاق فيما بين الجزء المسؤول لامتصاص ثاني أكسيد الكربون ومجرى تنفس ثاني أكسيد الكربون. مما يؤدي الى إعادة تنفس غاز CO2 والتسبب في ارتفاع غير مقصود لمستوى CO2 في دم المريض (hypercarbia). وقد أفادتنا الشركة المصنعة بأن هذه الأجهزة موجودة في بعض مستشفيات الدولة، وستقوم الشركة المصنعة بالتواصل مع مورديها وإصلاح المشكلة مجاناً لجميع هذه الأجهزة المتأثرة لمنع حدوث مثل هذا الخلل. علماً بأن هذه المنتجات غير مسجلة في إدارة الدواء ولكن حرصاً منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت لديكم.

وفي حال وجود أي أسئلة يرجى عدم التردد في الاتصال بإدارة الدواء على العناوين التالية:

هاتف: 04- 2301448 أو فاكس 04- 2301947 أو البريد الإلكتروني: [pv@moh.gov.ae](mailto:pv@moh.gov.ae)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

د. أمين حسين الأميري

وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص  
رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية

صدر بدويان عام الوزارة/الذي بتاريخ :

نسخة ل:

معالي / وزير الصحة ووقاية المجتمع  
معالي / رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة - دبي  
سعادة / وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع  
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات  
سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية  
سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة  
سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية  
سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة  
سعادة / مدير دائرة التنظيم الصحي - أبو ظبي  
سعادة / مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي  
سعادة / مدير إدارة الدواء

الموقر  
..الموقر  
..المحترم  
..المحترم  
..المحترم  
..المحترم  
..المحترم  
..المحترم  
..المحترم  
..المحترم  
..المحترم  
..المحترم

مدير إدارة الدواء